

هیستروسالپینگو گرافی

لوازم مورد نیاز جهت انجام رادیوگرافی :

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| ۱- اسپاکولوم یکبار مصرف * ۲ عدد | ۲- دستکش استریل جراحی * ۲ عدد |
| ۳- سرنگ ۲۰ سی سی * ۲ عدد | ۴- سوند مثانه شماره ۸ * ۱ عدد |
| ۵- گاز استریل * ۵ عدد | ۶- دروشیت * ۱ عدد |

داروهای مورد نیاز :

آمپول مگلومین ۷۶٪ ۲۰ سی سی * ۲ عدد

Meglomin c. 76% n=2 20 cc

کپسول داکسی سایکلین ۵۰۰ عدد * هر ۸ ساعت یک عدد بعد از آزمون مصرف شود.

Cup Daxisycline 500 n= 8

شیاف دیکلوفناک ۳ عدد * یک عدد قبل از آزمون و دو عدد بعد از آزمون در صورت نیاز.

Suup Diclofenac n= 3

نکات آموزشی در هیستروسالپینگو گرافی

به پرتونگاری از رحم از نظر شکل ، اندازه ، وضعیت لوله های رحمی و بررسی ضایعات آنها از جنبه پولیپ ، تومور ، ناهنجاریهای مادر زادی ، اتساع و انسداد لوله های رحمی با تزریق ماده حاجب هیستروسالپینگو گرافی گفته می شود.

این روش تصویر برداری جهت تشخیص ضایعاتی است که به خصوص سبب نازایی می شود که عبارتند از:

فقدان قاعدگی - اختلال در قاعدگی - سقط های عاداتی - وضعیت لوله های رحمی - ارزیابی قبل و بعد از عمل جراحی - ناهنجاری های مادر زادی - پولیپ - فیستول

همچنین موارد درمانی این آزمایش در برخی از بیمارانی که لوله های رحمی پیچ خورده دارند و یا در لوله های رحمی انسداد کوچک و تنگی های جزئی وجود دارد مورد استفاده قرار می گیرد.

زمان مناسب برای انجام این آزمایش شامل شرایط زیر می باشد:

ترمیم لایه آندومتر

عدم شروع تخمک گذاری و افزایش هرمون استروژن

لذا زمان مناسب در فاصله ۸ تا ۱۲ روز پس از شروع قاعدگی است که میانگین آن روز دهم می باشد.

در بیماران مضطرب که در اثر ترس و هیجان امکان دارد لوله های رحمی دچار اسپاسم شود ، تخلیه

مثانه لحظاتی قبل از شروع آزمایش ضرورت دارد.

این روش رادیوگرافی حتما باید در مراکز معتبر پزشکی و تحت نظر متخصص رادیولوژی انجام گیرد.